ПАСПОРТ

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый
по ТУ 26.60.13-002-89865856-2021
ОУФК-125

1 ВВЕДЕНИЕ

Перед использованием изделия Облучатель ультрафиолетовый кварцевый по ТУ 26.60.13-002-89865856-2021, ОУФК-125 (далее – «облучатель») обязательно ознакомьтесь с настоящим документом и Руководством по эксплуатации.

2 ОПИСАНИЕ

2.1 Назначение

Облучатель предназначен для выработки ультрафиолетового излучения с целью лечения дерматологических заболеваний, острых и подострых воспалительных процессов в гинекологии, заболеваний уха/горла/носа (ЛОР), инфекционных заболеваний кожи и/или для профилактики инфицирования ран; а также для дезинфекции поверхностей, которых касаются руки.

2.2 Устройство и принцип работы

Облучатель состоит из корпуса, изготовленного из пластика, ударопрочного химическистойкого электронного пускорегулирующего аппарата (далее – «ЭПРА»), отражателя, лампы ультрафиолетовой. Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-125 – это медицинский прибор, принципом действия которого является строго дозированное ультрафиолетовое облучение поражённых кожных покровов и слизистых оболочек, чистых и гнойных ран. Для дезинфекции поверхности предметов обрабатываются прямым потоком УФ-излучения.

Прибор прост в эксплуатации, не требует специальной подготовки для его использования и может применяться как в лечебных, лечебно - профилактических учреждениях, так и в быту, при условии строгого соблюдения методик применения, определённых на индивидуальных консультациях у врача-физиотерапевта, либо указанных в Руководстве по эксплуатации прибора.

2.3 Классификация

2.3.1 В зависимости от воспринимаемых механических воздействий облучатель относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444.

2.3.2 Класс в зависимости от потенциального риска применения – 2а в соответствии с Приказом Минздрава России от 6 июня 2012 г. No 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий». 2.3.3 Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности – 26.60.13.180

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры облучателя приведены в таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	**Значения**
Напряжение питания В	220-240
Частота питающей сети Гц	50
Мощность,потребляемая из сети Вт не более	300
Спектральный диапазон излучения лампы нм	220-40
Степень защиты по ГОСТ 14254	0 IP30
Защита от поражения электрическим током	класс II
Рабочая часть	тип BF
Масса облучателя, кг, не более	0.65
Габаритные размеры облучателя (без насадок), мм, не более	220x180x155
Уровень шума, не более, дБа	25
Режим работы	Продолжительный в течение 8 ч в сутки в циклическом режиме: - 30 мин работа - 15 мин перерыв.
Время выхода прибора на рабочий режим	не более 1 мин

Длина шнура питания, м,±0,1: 1,5.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый по ТУ 26.60.13-002-89865856-2021, вариант исполнения:
I. ОУФК-125, в составе:
1. Облучатель – 1 шт.;
2. Насадка конусная основная (Ø55 мм) – 1 шт.;
3. Насадка конусная No 1 (Ø10 мм) – 1 шт.;
4. Насадка конусная No 2 (Ø15 мм) – 1 шт.;
5. Насадка конусная No 3 (Ø5 мм) – 1 шт.;
6. Очки открытые с УФ-защитой арт. У-04 – 1шт.;
7. Биодозиметр - 1шт.;
8. Руководство по эксплуатации ОУФК-125 – 1 экз.;
9. Паспорт ОУФК-125 – 1 экз.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Допускается транспортировать облучатель всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
5.2 Транспортирование должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150 для условий хранения 5: при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности от 10% до 90% в упаковке, изготовленной предприятием-изготовителем.
5.3 При транспортировании коробки с упакованными облучателями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждении. При транспортировании облучателей необходимо соблюдать меры предосторожности с учетом манипуляционных знаков на таре.
5.4 В средствах транспортирования и в помещениях для хранения не должно содержаться агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию.
5.5 Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150: облучатели должны храниться при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха от 10% до 80% на складах предприятия-изготовителя и предприятия-потребителя.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие облучателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки торгующей организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия, указанной в гарантийном талоне.
6.3 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока производит безвозмездно устранение выявленных дефектов облучателя в порядке, установленном законом РФ от 07.02.1992г. No 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей» при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, а так же приотсутствии механических повреждений облучателя.
6.4 Гарантийный срок на установленную в прибор лампу - 12 месяцев со дня продажи.
6.5 Средний срок службы изделия - 7 лет.
6.6 Срок службы лампы 9000 ч.